

Số: /GCN-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2026

**GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG**

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1801/2025/QĐ-UBND ngày 01/11/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ngày 26/12/2025 của Công ty TNHH Xây lắp điện và Đo đạc Kiểm định Sài Gòn (Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả số H29.18-251225-0128 ngày 26/12/2025 do đại diện đơn vị nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia); Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ngày 24/12/2025 và ngày 07/01/2026 của Công ty TNHH Xây lắp điện và Đo đạc Kiểm định Sài Gòn;

Xét Biên bản đánh giá thực tế ngày 07/01/2026 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến ngày 07/01/2025 của chuyên gia sau khi xem xét hồ sơ của Công ty TNHH Xây lắp điện và Đo đạc Kiểm định Sài Gòn;

CHỨNG NHẬN:

1. Công ty TNHH Xây lắp điện và Đo đạc Kiểm định Sài Gòn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0316299298 đăng ký lần đầu ngày 16/6/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 15/3/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp.

Địa chỉ: số 34/5 đường số 7, khu phố 5, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên phòng thí nghiệm: **PHÒNG ĐO ĐẠC KIỂM ĐỊNH SÀI GÒN.**

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 34/5 đường số 7, khu phố 5, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với 03 (ba) chỉ tiêu thí nghiệm nêu trong danh mục kèm theo Giấy chứng nhận này.

2. Mã số LAS-XD: LAS-XD HCM.021¹ (theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP và khoản 5 Điều 45 Chương V Nghị định số 144/2025/NĐ-CP).

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký.

4. Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ và nội dung kê khai trong đơn; hành nghề hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo đúng nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Xây lắp điện và Đo đạc Kiểm định Sài Gòn;
 - Bộ Xây dựng (để báo cáo);
 - Giám đốc Sở (để báo cáo);
 - Văn phòng Sở (đăng tải website);
 - Lưu VT, KTVLXD/NTD, Toàn.
- Biên nhận: H29.18-251225-0128 ngày 26/12/2025.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Khải Quốc Bình

¹ Chuyển đổi từ LAS-XD 1894 theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số 307/GCN-BXD ngày 22/12/2020 của Bộ Xây dựng.

**DANH MỤC CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM
CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD HCM.021**

(Kèm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
số /GCN-SXD-KTVLXD ngày /01/2026 của Sở Xây dựng)

TT	Tên phép thử	Cơ sở pháp lý tiến hành thử nghiệm (*)
I.	THỬ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG	
1	Đo độ rọi, độ chói của chiếu sáng nhân tạo	TCVN 5176:1990; TCVN 13608:2023 (phụ lục B); TCXDVN 259:2001 (phụ lục)
2	Đo điện trở tiếp địa	TCVN 9385:2012
II.	THỬ NGHIỆM CÁP, ỐNG NHỰA, DÂY BỌC NHỰA PVC	
3	Xác định đường kính lõi, chiều dày lớp vỏ bọc	TCVN 2053:1993

Ghi chú (*): Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.